

Kamień Pomorski, 26 sierpnia 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu medycznego.

1. Urządzenie do magnetoterapii - 1 szt.

1.1 BTL-4940 PREMIUM - 4-kanałowy aparat do magnetoterapii z zastosowaniem technologii skoncentrowanego pola magnetycznego lub urządzenie równoważne.

Właściwości:

- Technologia Skoncentrowanego Pola Magnetycznego - FMFTM (Focused Magnetic FieldTM)
- Kolorowy ekran dotykowy 7"
- Nawigacyjny atlas anatomiczny
- Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii
- Baza danych pacjentów
- 4 kanały do magnetoterapii
- Technologia Impulsowego Pola Magnetycznego (PMF - Pulsed Magnetic Field): impulsy prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe

1.2. Stolik pod aparat

1.3. Aplikatory do magnetoterapii:

- ✓ Mały solenoid Ø 30 cm - 1 szt.
- ✓ Stolik pod solenoid Ø 30 cm
- ✓ BTL-1900 Magnet - stół do magnetoterapii z przesuwającym solenoidem Ø 70 cm – 2 szt.

2. Urządzenie do ultradźwięków - 1 szt.

2.1. BTL-4710 SMART 1-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej lub urządzenie równoważne.

Właściwości:

- Kolorowy ekran dotykowy 4.3"
- Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna

2.2. Wyposażenie:

- ✓ Głowica ultradźwiękowa 5 cm² (1 MHz, 3 MHz)
- ✓ Głowica bezobsługowa HandsFree SonoTM wieloczęstotliwościowa o powierzchni 12 cm²

2.3. Stolik pod aparat z dwiema pułkami.

3. Urządzenie do elektroterapii - 1 szt.

3.1. Aparat Multitronic MT-3- uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapii lub urządzenie równoważne.

Aparat powinien umożliwiać generowanie prądów:

- diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso)
- interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; dynamiczny/ izoplanarny)
- impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażen - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne)
- tonoliza
- TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej
- Kotz (standardowy i regulowany)
- Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany)
- faradyczny i neofaradyczny
- galwaniczny (w tym jonoforeza)

3.2. Stolik pod aparat.

4. Rower treningowy - 2 szt.

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0U lub urządzenie równoważne

Stacjonarny rower rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym

cechy charakterystyczne:

- Regulacja siodełka w dwóch płaszczyznach(góra/dół, przód/tył) zapewniająca optymalną pozycję podczas ćwiczeń
- Obciążenie początkowe od 5 Wat
- Regulacja długości korby umożliwiająca dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta

- Śledzenie postępów dzięki pomiarom WAT/METs
- Duże miękkie siedzisko zapewniające komfort
- Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych
- Konsola z graficznym feedbackiem treningu
- Moc/obciążenie: 5-750 Wat
- Opór: hamulec wiropędowy
- Programy: pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny
- Maksym. waga użytkownika: 200 kg
- Wymiary: 145 x 54 x 135cm
- Masa urządzenia: 53,3 kg

5. Automatyczny defibrylator AED - 1 szt.

6. Urządzenie BTL–6000 SIS (Super Inductive System – Super Indukcyjna Stymulacja) lub urządzenie równoważne - 1 szt.

Parametry i wyposażenie:

- Maksymalna częstotliwość: 150 Hz
- Maksymalna intensywność stymulacji: 28 kT/s
- Aplikator koncentrujący
- Kolorowy ekran dotykowy 8.4"
- Protokoły "ULUBIONE"
- Nawigacyjny atlas anatomiczny
- Baza danych pacjentów
- Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna
- 6-przegubowe ramię dla wygody użytkownika
- Monitorowanie jakości impulsu
- Stolik

7. Nosze transportowe na kółkach z regulacją wysokości – 2 szt.



Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki.
- Warunki płatności.
- Okres gwarancji.
- Termin realizacji (dostawy).
- Koszt dostawy

Dodatkowe informacje:

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **10 września 2025 r. do godz. 12:00** w sekretariacie „Uzdrowiska” przy ul. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta sprzęt medyczny - Nie otwierać przed godziną 12:00 dnia 10 września 2025 r. ”. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@u-kp.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: "Oferta – sprzęt medyczny", ofertę należy zabezpieczyć hasłem przed otwarciem przed terminem otwarcia ofert).


Wiceprezes Zarządu
Bogumił Kotczyński


Prezes Zarządu
Arkadiusz Waszak

